



DSKI

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Formand Betina Sørensen

Overlæge

Blodbank og Immunologi

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

betisoer@rm.dk, tlf. 78 45 50 06

Aarhus 12. december 2017

Høringsvar vedr. 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Generelle kommentarer:

- Det kan undre, at Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI) ikke er på høringslisten. DSKI repræsenterer blodbankerne i Danmark. Blodbankerne har de mest potente lukkede strålekilder i Danmark.
- Blodbestrølingsanlæg ser ikke ud til at være nævnt væsentlige steder i bekendtgørelserne. Det må være en fejl.
- Bekendtgørelserne virker meget uoverskuelige og meget lidt strukturerede. Det er meget svært at få et overblik over fremsatte krav og dermed efterleve lovgivningen.

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

- §§ 20-23 & 87-88:
Der er nævnt 3 nøglepersoner: strålebeskyttelseskoordinator, strålebeskyttelsesekspert og medicinsk-fysisk ekspert. Kan 2 eller 3 af rollerne være sammenfaldende? Der nævnes også en klinisk ansvarlig sundhedsperson i de to andre bekendtgørelser. Hvordan hænger denne funktion sammen med de øvrige? Kan der også her være sammenfald? Krav til klinisk ansvarlig sundhedsperson fremgår af bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer, bilag 6 samt af bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer, bilag 4. I begge disse bekendtgørelser fremgår også krav til strålebeskyttelseskoordinator og medicinsk-fysisk ekspert. Er der overensstemmelse mellem disse tre bekendtgørelser?
- Bilag 2:
Som en del af strålebeskyttelseskoordinatorens opgaver, er nævnt at udarbejde arbejdsplaner. Hvad menes med arbejdsplaner? Det er vel næppe arbejds*tids*planer?

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer

- § 30, stk. 2:
For typer af brug, der ikke er nævnt i bilag 7, fastsættes kravene i det konkrete tilfælde af Sundhedsstyrelsen. Det vil være en udfordring, hvis kravene til blodbestråling ikke er defineret på forhånd, idet blodbestråling ikke er nævnt i bilag 7.
- § 53 og bilag 13:
Blodbestrølingsanlæg er nævnt som de eneste to steder i de 3 bekendtgørelser.
- Bilag 3:
Ingen tekst, ingen titel i indholdsfortegnelsen?



DSKI

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Formand Betina Sørensen

Overlæge

Blodbank og Immunologi

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

betisoer@rm.dk, tlf. 78 45 50 06

- Bilag 4, 5 og 6:
Der bør være et selvstændigt punkt om bestråling af blod.
- Bilag 6:
Specialet klinisk immunologi er ikke nævnt. Der mangler anvendelsesområdet Bestråling af blod (er nævnt i § 53 og i bilag 13)
- Bilag 7:
Blodbestråling er ikke nævnt. DSKI indgår gerne i en dialog om hvilke krav, der skal stilles til kompetencer i henhold til blodbestrålingsanlæg.

Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

- Bilag 2, 3 og 4:
Blodbestråling er ikke nævnt.
- Bilag 4:
Specialet klinisk immunologi er ikke nævnt. Der mangler anvendelsesområdet Bestråling af blod.

På vegne af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Betina Sørensen
Formand